

CERTIFICADO N° 202410010004ADESA

MANTENIMIENTO EQUIPOS REANIMACIÓN PREVENTIVO PLANIFICADO

IDENTIFICACIÓN EQUIPO

SOPORTE	6 17 5 CR2 1400 A V PP A
DESFIBRILADOR	CR2
SN	48056658
BATERÍA	PC24410771;20221029
ELECTRODO	230220-3695
ELECTRODO PED.	

FECHA REVISIÓN	01/10/2024
FECHA PROXIMA REVISIÓN	01/10/2025
FRECUENCIA REVISIÓN	12 MESES
CODIGO CLIENTE	268
ACCUAE Servicios Integrales SL	
Calle MONASTERIO DE LA OLIVA, 33 ENTPL DCHA, 31011 - Pamplona (Navarra)	

CERTIFICADO N° 202410010004ADESA

VERIFICADO DESA

VERIFICADO AUTOCKEING LISTO
REVISIÓN DE BATERÍA INDICADOR DE CARGA
VERIFICAR BOTÓN DE ENCENDIDO
VERIFICAR PULSADOR DESCARGA ELÉCTRICA
VERIFICAR ALARMA DE CARGA
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO MODO TUTOR

VERIFICADO	X
VERIFICADO	X
VERIFICADO	X
VERIFICADO	X
VERIFICADO	X
VERIFICADO	X

VERIFICADO ELECTRODOS

ADULTO

VERIFICADO CADUCIDAD ELECTRODOS
FRX REVISIÓN CABLE PALAS
CR2 REVISIÓN CABLE PALAS
HS1-FRX REVISIÓN CONECTOR PALAS

FECHA	20/02/2028
VERIFICADO	
VERIFICADO	X
VERIFICADO	

PEDIATRICO

VERIFICADO CADUCIDAD ELECTRODOS
FRX LLAVE PEDIATRICA
HS1-FRX REVISIÓN CONECTOR PALAS

FECHA	
VERIFICADO	
VERIFICADO	

VERIFICADO BATERIA

INFO BATERIA
MAX. FECHA INSTALACION BATERIA
COMPROBACIÓN CARGA BATERÍA
COMPROBACIÓN CONEXIONADO BATERÍA

12,10V	
FECHA	29/10/2027
VERIFICADO	X
VERIFICADO	X

VERIFICADO PULSIOXIMETRO

INFO PULSIOXIMETRO
ENCENDIDO
BATERÍA
MEDICIÓN SATURACIÓN
MEDICIÓN PULSO CARDÍACO

2021G05/010384		
VERIFICADO	X	
VERIFICADO	X	
VERIFICADO	X	97%
VERIFICADO	X	68ppm

CERTIFICADO N° 202410010004ADESA

VERIFICADO TELÉFONO EMERGENCIA

Nº SERIE TELEFONO
CONEXIÓN ON / DESCONEXION OFF
Nº SERIE
IMEI

VERIFICADO	X
------------	---

VERIFICADO	X
------------	---

V3871221011380

351834050114609

VERIFICADO MATERIAL GENERAL

KIT RESPUESTA RÁPIDA

EMPAPADOR MICROFIBRA
GUANTES NITRILO
TIJERA ROPA
RASURADOR
PROTECTOR BOCA RCP FACE SHIELD

VERIFICADO	X
------------	---

VERIFICADO	X
------------	---

30/03/2027

VERIFICADO	X
------------	---

VERIFICADO	X
------------	---

VERIFICADO	X
------------	---

NOTAS

Revision anual DESA.

RESULTADO REVISIÓN:

APTO

OPERARIO 0117

-- Firma del cliente --

BIBIANA PLANAS

39895893R

